


1 . 名 称 電源電圧変動許容度試験機			
製 造 会 社 名	(株)ノイズ研究所		
型 式	NSG1003		
設 置 場 所	シールドルーム		
備 考	平成10年度地域産業集積活性化事業にて導入		
2 . 概 要			
機 能	電子機器の電源電圧の変動に対する許容度試験		
仕 様	(1)被試験体電圧 最高 300kV (2)規格 IEC61000-4-11 対応 (3)試験方式 コンピュータ制御		
用 途	電源ラインの電圧を短時間遮断あるいは変動させることにより、その機器がどのくらいの時間と電圧で誤動作あるいは停止するかを試験する装置です。		
3 . ご利用にあたって			
所 属 部	設計技術部		
担 当 者	窪田昭真	E-mail	kubota@nagano-it.go.jp
依 頼 試 験		手数料	
機 器 貸 付		貸付料	700円(1時間)